

TABLE DE LETALITE

DECIMAL ENTIER	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
90	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
91	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
92	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002
93	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
94	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
95	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
96	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,004	0,004	0,004	0,004
97	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,005
98	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,006	0,006	0,006	0,006
99	0,006	0,006	0,006	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,008
100	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,009	0,009	0,009	0,009	0,01
101	0,01	0,01	0,01	0,01	0,011	0,011	0,011	0,011	0,012	0,012
102	0,012	0,013	0,013	0,013	0,013	0,014	0,014	0,014	0,015	0,015
103	0,015	0,016	0,016	0,017	0,017	0,017	0,018	0,018	0,019	0,019
104	0,019	0,02	0,02	0,021	0,021	0,022	0,022	0,023	0,023	0,024
105	0,024	0,025	0,026	0,026	0,027	0,027	0,028	0,029	0,029	0,03
106	0,31	0,032	0,032	0,033	0,034	0,035	0,035	0,036	0,037	0,038
107	0,039	0,04	0,041	0,042	0,043	0,044	0,045	0,046	0,047	0,048
108	0,049	0,05	0,051	0,052	0,054	0,055	0,056	0,057	0,059	0,06
109	0,062	0,063	0,064	0,066	0,067	0,069	0,071	0,072	0,074	0,076
110	0,077	0,079	0,081	0,083	0,085	0,087	0,089	0,091	0,093	0,095
111	0,097	0,1	0,102	0,104	0,107	0,109	0,112	0,115	0,117	0,12

DECIMAL ENTIER	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
112	0,123	0,126	0,129	0,132	0,135	0,138	0,141	0,144	0,148	0,151
113	0,155	0,158	0,162	0,166	0,169	0,173	0,177	0,182	0,186	0,19
114	0,195	0,199	0,204	0,208	0,213	0,218	0,223	0,229	0,234	0,239
115	0,245	0,251	0,256	0,262	0,269	0,275	0,281	0,288	0,294	0,301
116	0,308	0,316	0,323	0,33	0,338	0,346	0,354	0,362	0,371	0,379
117	0,388	0,397	0,406	0,416	0,426	0,436	0,446	0,456	0,467	0,478
118	0,489	0,5	0,512	0,524	0,536	0,548	0,561	0,574	0,587	0,601
119	0,615	0,63	0,644	0,659	0,675	0,69	0,706	0,723	0,74	0,757
120	0,774	0,793	0,811	0,83	0,849	0,869	0,889	0,91	0,931	0,953
121	0,975	0,998	1,021	1,045	1,069	1,094	1,119	1,146	1,172	1,199
122	1,227	1,256	1,285	1,315	1,346	1,377	1,409	1,442	1,476	1,51
123	1,545	1,581	1,618	1,656	1,694	1,734	1,774	1,816	1,858	1,901
124	1,945	1,991	2,037	2,084	2,133	2,183	2,234	2,286	2,339	2,393
125	2,449	2,506	2,564	2,624	2,685	2,748	2,812	2,877	2,944	3,013
126	3,083	3,155	3,228	3,304	3,381	3,459	3,54	3,622	3,707	3,793
127	3,882	3,972	4,064	4,159	4,256	4,355	4,457	4,56	4,667	4,775
128	4,887	5	5,117	5,236	5,358	5,483	5,61	5,741	5,875	6,012
129	6,152	6,295	6,442	6,592	6,745	6,902	7,063	7,228	7,396	7,568
130	7,745	7,925	8,11	8,299	8,492	8,69	8,892	9,099	9,311	9,528
131	9,75	9,977	10,209	10,447	10,691	10,94	11,194	11,455	11,722	11,995
132	12,274	12,56	12,853	13,152	13,459	13,772	14,093	14,421	14,757	15,101

DECIMAL ENTIER	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
133	15,453	15,812	16,181	16,558	16,943	17,338	17,742	18,155	18,578	19,011
134	19,454	19,907	20,37	20,845	21,33	21,827	22,336	22,856	23,388	23,933
135	24,491	25,061	25,645	26,242	26,853	27,479	28,119	28,774	29,444	30,13
136	30,832	31,55	32,285	33,037	33,806	34,594	35,4	36,224	37,068	37,931
137	38,815	39,719	40,644	41,591	42,56	43,551	44,566	45,604	46,666	47,753
138	48,865	50,003	51,168	52,36	53,58	54,828	56,105	57,412	58,749	60,117
139	61,518	62,951	64,417	65,917	67,453	69,024	70,632	72,277	73,961	75,683
140	77,446	79,25	81,096	82,985	84,918	86,896	88,92	90,991	93,111	95,28
141	97,499	99,77	102,094	104,472	106,905	109,396	111,944	114,551	117,22	119,95
142	122,744	125,603	128,529	131,522	134,586	137,721	140,929	144,212	147,571	151,008
143	154,525	158,125	161,808	165,577	169,434	173,38	177,419	181,552	185,78	190,108

Pour 1 minute de stérilisation à T – 113.6 le temps effectif corrigé à 121.11°C de 0,177 minute